

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN



FIXX™ 2.0

Masaj Cihazı

ÜRÜN TANIMI

Compex® Fixx™ 2.0 masaj cihazı, antrenmandan önce kasların ısınmasına yardımcı olur ve zorlu bir seanstan sonra kas sertliğini azaltır. Yüksek bir durma (hız kesme) kuvveti ile eşleştirilmiş beş güçlü yoğunluk ayarı, en zorlu noktaları güvenli ve konforlu bir şekilde rahatlatmak / dindirmek için gereken yoğun basıncı verir. Değiştirilebilir uçlar (ambalaja dahil) ve döner başlık, masajınızı farklı kas gruplarının özel ihtiyaçlarına göre uyarlamaya yardımcı olur. Çıkarılabilir ve şarj edilebilir pillere, kompakt bir tasarıma ve sessiz bir motora sahip bu cihaz, her yerde ve nerede olursanız olun rahatlama sağlamaya yardımcı olur.

KULLANMA TALİMATLARI

1. Kullanmadan önce, Fixx™ 2.0 masaj cihazının kapalı olduğundan emin olun. Ardından, mil topun içinde durana kadar topu hafif bir basınçla metal şafta yerleştirin. Top yerine sabitlenene kadar saat yönünde çevirin. Fixx™ 2.0 masaj cihazını kullanmadan önce top bağlanmalıdır.
2. Pil masaj cihazına takıldığında Fixx™ 2.0 cihazı açılır (çalışmaya başlar). Fixx™ masaj cihazı şalterinin KAPALI konumda olduğundan emin olarak, her iki taraftaki tırnakların yerine oturduğunu duyana kadar pili iterek pil yuvasına kaydırın / yerleştirin.
3. Cihazı açmak için, tutamağın üst kısmındaki şalteri ileriye doğru kaydırın.
4. İstenilen masaj hızı seviyesine geçiş yapmak için, hız kadranı topuz düğmesini bir seviyeden diğerine doğru saat yönünde çevirin. Hız seviyesi göstergesi ışığı, o an çalışmakta olduğunuz hız seviyesini gösterecektir.
5. Kolu döndürmek için dairesel yuvadaki düğmeye basın. Kol 3 farklı pozisyonda kilitlenebilir (0, 45, 90 derece).
6. Pili çıkarmak için, bırakma tırnağına basın ve pili masaj cihazından çekin.
7. Topu çıkarmak için, Fixx™ 2.0 masaj cihazını kapatın ve topu saat yönünün tersine çevirin ve topu milden çekin. Kullanımlar / seanslar arasında topu temizlemek için antibakteriyel veya alkollü mendiller kullanın.



(A) Açma / Kapatma

(B) Hız Kadranı Topuz Düğmesi

(C) Hız Seviyesi Göstergesi

(D) Pil Seviyesi Göstergesi

PİL SEVİYESİ



%100: Işıkları beyaz renkte gösterir.



%75: Işıkları gri renkte gösterir.



%50: Işıkları gri renkte gösterir.



%25: Işıkları kırmızı renkte gösterir.

ŞARJ TALİMATLARI

1. Ucu adaptöre bağlayın ve yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Uçları adaptörden çıkarmak için, sol alttaki düğmeye basın ve uçları aynı anda saat yönünün tersine doğru çevirin.
2. Pili çıkarmak için, serbest bırakma tırnağını itin ve ardından pili masaj cihazından çekin.
3. Kabloyu cihazın arkasına bağlarken pili şarj cihazı tabanına yerleştirin. Ardından adaptörü uygun nominal prize takın.
4. Pil seviyesini ve aktif şarj durumunu göstermek için LED ışıkları yanar. Kırmızı - Şarj Oluyor / Yeşil -- Tam Dolu
5. Şarj süresi: 1,5 – 2 saat

BAKIM, TEMİZLİK VE DEPOLAMA

- Cihazı temizlemek için nemli havluyla silin, sonra kurulaıın.
- Top ve/veya uçları silin ve bakteri kontaminasyonunu (kapmasını) önlemek için anti-bakteriyel mendillerle tutun.
- Pili çıkarın ve depolama veya nakliye için kabına / kutusuna yerleştirin.

ARIZA TESPİT VE SORUN GİDERME

- Fixx™ 2.0 masaj cihazı açılmazsa, pili çıkarın ve pil şarj olana kadar şarj cihazına yerleştirin.
- Top milden çıkarılmazsa, çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
- Pil şarj olmazsa, pil şarj cihazına bağlı elektrik kablosunun veya elektrik prizindeki duvar fişinin bağlantılarını kontrol edin.
- Kol eklemelenmezse (hareket etmezse), menteşe kafasındaki düğmeye basın, (ardından) serbest bırakmak ve istenen konuma geçmek için ters yönde hareket ettirin.

ÖNERİLEN KULLANIM POZİSYONLARI

Önerilen kullanım pozisyonlarını görmek için compex.com adresini ziyaret edin.

GÜVENLİK UYARILARI

BU ÜRÜN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILMALIDIR:

- Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılır ve/veya uygulanır (18 yaş ve üstü).
- Acı veya rahatsızlık hissederseniz hemen durdurun.
- Baş ve/veya diğer kemikli bölgelerle temastan kaçının.

- Belirli bir yere ait vücut kısımlarında en fazla 1 dakika kullanın. Kasların üzerinde hareket etmeye devam edin ve kemikli bölgelerden kaçınin.
- Parmaklarınızı, ellerinizi ve/veya saçlarınızı Fixx™ 2.0 masaj cihazının top-küre / mil bölümünün yakınına koymaktan kaçınin.
- Fixx™ 2.0 masaj cihazını yere düşürmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlanmadıkça (çocuklar dahil) düşük fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi <model No. ICP20-200-1000D> ile kullanılmalıdır.
- UYARI: Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.

KONTRENDİKASYONLAR

AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN GEÇERLİ OLMASI DURUMUNDA, HEKİM ONAYI OLMADAN LÜTFEN FIXX™ 2.0 MASAJ CİHAZINI KULLANMAYIN:

- Yakın zamanda geçirilen her türlü ameliyat
- Titreşimli masajlardan etkilenen cilt durumları ve/veya yaralar
- Fıtıklaşmış diskler (bel)
- Gebelik
- Diyabet / nöropati veya retina hasarı
- Kalp pili kullanılması
- Titreşimli masajlardan etkilenen yaralanmalar
- Epilepsi veya migren
- Disk herniasyonu (fıtıklaşması)
- Spondilolistez
- Vertebral çıkma veya omurga eklem sertliği
- Yakın zamanda eklemlerin veya IUD'nin değiştirilmesi
- Metal pimler veya metal protezler
- Sağlıkla ilgili herhangi bir hastalık

UYARILAR

- Yaralıysanız kullanmayın.
- Motor gövdesi havalandırmasına girebileceğinden; cihazı su, kum ve/veya üstünkörü atıklara batırmayın.
- Vidaları çıkarmayın veya cihazı sökmeye çalışmayın.

TERS TEPKİLER / OLUMSUZ ETKİLER

Fixx™ 2.0 cihazı 60 saniyeden fazla bir noktada veya kemikli bölgeler üzerinde kullanılırsa cilt tahriş ve hafif morarma yaşayabilirsiniz (morarmaya sebep olabilir). Olumsuz reaksiyonlar (etkiler) ameliyattan, cilt koşullarından, yaralardan, sinir koşullarından, kırık kemiklerden ve/veya kontüzyonlardan (bere, çürük) iyileşen insanlar tarafından görülebilir.

Reaksiyonları (olumsuz etkileri) önlemek için, kullanıcıların Fixx™ 2.0 masaj cihazını kullanmadan önce doktora danışması gereklidir.

UYGUNLUK BEYANI

FCC PART 15B Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uygunluktur. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz (olmamalı) ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

TEMEL ÖZELLİKLER		HIZ 1	HIZ 2	HIZ 3	HIZ 4	HIZ 5	AÇIKLAMA
Gürültü (dB)		58-60	61,63	64-67	68-71	72-74	Durum: 30cm'lik mesafe
Dakikadaki perküsyon (PPM)		1000	1500	2000	2500	3000	
Hertz (Hz)		16,7	25,0	33,3	41,7	50	
Güç tüketim testi	Voltaaj (V)	16,2	15,8	15,7	15,5	15,4	
	Akım (A)	0,47	0,8	1,042	1,5	1,9	
	Güç (W)	7,6	12,6	16,4	23,3	29,3	
Şarj ve Deşarj testi	Şarj süresi	1,5 – 2 Saat					
	Deşarj süresi					1 – 1,5 Saat	
Adaptör	100-240V - 50/60 Hz 0,6A / Çıkış 20V 1A 20W (ETL DC5.5 erkek uçlu uluslararası prizlerle birlikte, kablo uzunluğu 1,5m – Model No. ICP20-200-1000D)						

PİL VE ŞARJ BİLGİLERİ

- Pil Şarj Cihazı: Giriş: 20VDC1A. Çıkış: 16,8VDC - 1A Model NO: LM-CE03
- Şarj edilebilir Li-Polimer pil, 1800 mAh 10A, 5C serisi paralel kombinasyonlu (4 hücreli)

PİLLERİN KULLANIMI (İDARESİ)

Bu ürün bir pil içermektedir. Aşağıdaki uyarıyı okuyun ve alt kısımda yer alan Pil Güvenliği ve Pil Bertaraf (İmha) talimatlarını izleyin.

GÜVENLİK UYARISI

Pil yanlış kullanılırsa veya yanlış şekilde değiştirilirse, bir tehlike durumu söz konusu olur. Yalnızca bu ürünle ilişkili olan aynı tip pille değiştirin. Parçalarına ayırmayın veya sistem dışında yeniden şarj etmeye çalışmayın. Pili ezmeyin, delmeyin, ateşe atmayın, dış kontaktarı kısa devre yaptırmayın veya suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın. Pili yerel düzenlemelere ve talimatlara uygun olarak atın / bertaraf edin.

PİL GÜVENLİĞİ

- Pilleri doğru şekilde yerleştirin. Piller yanlış yerleştirilirse patlama riski olabilir.
- Lütfen pilleri şarj etmek için verilen talimatları izleyin.
- Pilleri, bu ürünle ilişkili aynı tip pil ile değiştirin.
- Pilleri aşırı ısıya (güneş ışığı veya ateş gibi) maruz bırakmayın.
- Saklama ortamı: -10°C ~ +45°C.
- Pilin en az üç ayda bir şarj edilmesi önerilir.

PİLLERİN İMHA / BERTARAF EDİLMESİ

- Piller, çevreye zararlı olabilecek maddeler içerebilir.
- Pilleri yerel / ulusal bertaraf ve geri dönüşüm yönetmeliklerine göre geri dönüştürün veya atın / imha edin.



SIZDIRILMIŞ BATARYALARDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM

Pili hemen çıkarın, ancak işlemlere dikkatli bir şekilde devam edin: İyi havalandırılmış bir alanda, ısı kaynaklarından uzakta çalışın. Kalıntıyla (pilden çıkan) temastan kaçınmak için mümkünse koruyucu gözlük ve eldiven giyin. Sızıntı yapmış pilleri çıkardıktan sonra, pil bölmesini pamuklu çubukla veya eski bir diş fırçasıyla temizleyin. Pilleri plastik bir torbaya koyun ve geri dönüştürün / dönüşüme yollayın.

Deşarj / boşalmış piller ile temastan daima kaçının. Daha sonra daima ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın. Gözle temas halinde derhal tıbbi yardım isteyin.

GARANTİ

Bu cihaz, teslim tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı bir garantiye sahiptir. Garanti yalnızca cihaz için geçerlidir; aksesuarlar ve pil bu garanti kapsamında değildir.

Garanti süresi boyunca, arızalı ürünler ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir. Yanlış kullanım, kötüye kullanım, değişiklik veya harici olarak neden olunan hasara ilişkin herhangi bir kanıt bulunması (garanti için kontrol esnasında), bu garantiyi geçersiz kılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen distribütör / imalatçı ile iletişime geçin.

COMPEX FIXX 2.0 MASAJ CİHAZI
MODEL: INTL-CX202WL01
Lityum iyon pil ile çalışmaktadır (14,8V, 1800mAh, 26,64Wh)
Anma Gücü: Maksimum 31,72W
Yalnızca <ICP20-200-1000D> besleme ünitesiyle kullanın.



İLETİŞİM BİLGİLERİ

DJO France S.A.S. tarafından dağıtılmaktadır
Centre Européen de Fret, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre Fransa
www.compex.com
Çin Malı

Telif Hakkı © 2020; DJO, LLC firmasına aittir.

Her hastaya özgü sonuçlar değişiklik gösterebilir. Ne DJO, LLC firması ve ne de yan kuruluşları tıbbi tavsiye vermemektedir. Bu belgenin içeriği tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bunun yerine, eğer varsa, sizin için uygun olabilecek tedavi süreçleri hakkında bilgi için sağlık uzmanınıza danışın.